

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ**

СЕРТИФИКАТ

об утверждении типа средств измерений
№ 82014-21

Срок действия утверждения типа до **18 июня 2026 г.**

НАИМЕНОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Расходомеры-счетчики ультразвуковые РСУ-05

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
СООО "АРВАС", Республика Беларусь

ПРАВООБЛАДАТЕЛЬ
-

КОД ИДЕНТИФИКАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ОС

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
МРБ МП.2946-2020

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ При использовании в составе теплосчетчиков: 4 года
- после первичной поверки, 2 года - при периодической поверке; при использовании в
качестве самостоятельного средства измерений: 4 года - для счетчиков с DN до 20 мм,
2 года - для счетчиков с DN свыше 20мм

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от **18 июня 2021 г. N 1057.**

Руководитель

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 02B52A9200A0ACD583455C454C1E1FAD5E
Кому выдан: Шалаев Антон Павлович
Действителен: с 29.12.2020 до 29.12.2021



А.П.Шалаев

«06» июля 2021 г.